

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời số /TM-BVĐKT ngày /3/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)

TT	Tên danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ hóa chất tách chiết axit nucleic virus hoặc DNA vi khuẩn dùng cho máy tách chiết tự động	Test	- Mục đích sử dụng: sử dụng công nghệ hạt từ để tách chiết và tinh sạch tự động nucleic acids từ mẫu sinh phẩm - Thành phần: Khay hóa chất; giá enzyme; đệm; miếng cố định có thể tái sử dụng.	576	
2	Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng	Cái	- Mục đích sử dụng: Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng dùng cho máy tách chiết tự động	672	
3	Đầu côn tiết trùng	Chiếc	- 1500µl dùng cho máy tách chiết DNA/RNA tự động	4096	
4	Kit Real-time PCR xác định virus sởi	Test	- Bộ xét nghiệm định tính virus Sởi/Rubella được thiết kế để phát hiện RNA bằng phương pháp real-time PCR. - Thành phần: Reaction solution, Enzyme Mix, Primer and Probe Mix, Positive Control, Negative Control - LoD: ≥ 500 copies/mL - Độ đặc hiệu: ≥99%	896	
5	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu	Hộp	Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức chế trực tiếp yếu tố FXa như Rivaroxaban, Apixaban theo phương pháp so màu. Thời gian ổn định Hóa chất Factor Xa ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy	6	
6	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu	Hộp	Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp trong dải đo thấp và dải đo cao. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy	3	
7	Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu	Hộp	Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu Heparin ≥ 3 mức. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C. ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy	2	